

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) Относящейся к средствам измерения (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Техническая характеристика комплектующего к МТ	Требование
2	Требования к комплектации и условиям эксплуатации				Наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор в виде крышки проходит ультрафиолетовое излучение. Облученность на расстоянии 1 м в секторе прямого луча должна соответствовать нормам СанПиН и составлять не менее 100 мкВт/см ² . Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см ² . Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть не менее 120 мкВт/см ² . Производительность при эффективности 99,9 % при включенных двух лампах 150 м ³ /час (при включенной верхней (экранированной) лампы 60 м ³ /час, при включенной нижней лампы 90 м ³ /час). Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы 9000 ч. Стартера – 3 шт. (2 шт. в сборе + 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров оберегает облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Конструктивная особенность аппарата (наличие крышки и регулируемого винта) дает

<p>возможность ручной настройки аппарата и возможность его использования в любом помещении. Средний срок службы облучателя не менее 6 лет. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 1 метр, двухклавишный выключатель, комплект метизов.</p>		<p>Дополнительные комплектующие</p>	
		1	Лампа бактерицидная, 2 шт.
		2	Регулировочный винт/гайка, 2 шт.
		3	Стартер, 3 шт.
		4	Комплект метизов
		5	Кабель ПВС 4*0,75, м., 1 шт
		6	Двухклавишный выключатель, шт.
3	Габаритные размеры, мм (Ширина/Глубина/Высота)	не более 930x185x130	
4	Масса кг,		
	Толщина металла корпуса мм,	не более 5,5	
3	Условия осуществления поставки МИ ТСО	не менее 0,8	
4	Срок поставки	DDP пункт назначения	
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	В стоимость товара входит доставка, сборка, установка и ввод в эксплуатацию с момента заключения договора в течении 30 календарных дней	
		Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.	